

Мешовит

**ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ**

Број: 07/015-1760-55/24

Датум: 14.08.2024. године

На основу члана 64. став (1) тачка а), члана 70 став (1), (2), (3) и (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 39/14, 59/22 и 50/24) и члана 13. Правилника о јавним набавкама у Фонду здравственог осигурања Републике Српске, број: 02/002-5189-7/22 од 29.12.2022. године, а на основу утврђене препоруке од стране Комисије за провођење отвореног поступка јавне набавке медицинских средстава за адултне пацијенте, директор Уговорног органа донио је следећу:

ОДЛУКА

о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача

I

У Одлуци о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-1760-32/24 од 24.07.2024. године, отворени поступак набавке медицинских средстава за адултне пацијенте, број: 07/015-1760/24 врши се измјена табеларног приказа из члана I Одлуке за лот 38, који се додјељује како слиједи:

Лот	Назив	Назив понуђача	Укупна цијена без ПДВ-а
38	Пулсни оксиметар	«Макотрон» д.о.о. Бања Лука	56.360,00

II

Мијења се Образложење Одлуке о избору најповољнијег понуђача за Лот 38. Остале одредбе Одлуке остају неизмјењене.

IV

О овој Одлуци обавјестиће се сви понуђачи у складу са чланом 71. став (1) Закона о јавним набавкама и иста ће у складу са чланом 70. став (6) бити објављена на веб страници Уговорног органа.

Образложење

Уговорни орган је дана 24.07.2024. године донио Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-1760-32/24 за набавку медицинских средстава за адултне пацијенте, која је достављена свим понуђачима који су учествовали у предметном поступку.

На достављену Одлуку о избору најповољнијег понуђача, жалбу је изјавио понуђач: «Makotron» д.о.о. Бања Лука.

Разматрајући жалбене наводе, Уговорни орган је донио: Одлуку о прихватању жалбе у цјелости број: 07/015-1760-52/24 од 12.08.2024. године понуђача «Makotron» д.о.о. Бања Лука.

Сходно Одлуци о прихватању жалбе у цјелости којима је Уговорни орган прихватио жалбене наводе и установио да ће извршити измјену првобитно донешене Одлуке о избору најповољнијег понуђача, број: 07/015-1760-52/24, Комисија за провођење предметног поступка је на састанку одржаном 12.08.2024. године извршила поновни преглед понуда за оспоравани лот и том приликом утврдила следеће:

Лот 38 (Пулсни оксиметар - 56.400,00 КМ без ПДВ-а);

Понуде су доставили понуђачи «Medicom» д.о.о. Бијељина, «Ђаковић» д.о.о. Бања Лука и «Макотрон» д.о.о. Бања Лука.

Комисија за провођење предметне набавке је након заступања жалбе понуђача «Макотрон» д.о.о. Бања Лука, поново извршила преглед понуда достављених за предметни лот, те утврдила следеће:

- Понуђач «Medicom» д.о.о. Бијељина у каталогу производа пулсни оксиметар, распон пулса је 20 - 250 bpm производа понуђача, а Тендерском документацијом је јасно наведено да распон треба бити 18 - 300 откуцаја у минути. Даље, распон сатурације је Тендерском документацијом дефинисан 0-100%, док је у каталогу понуђача овај распон 1-100%. Величина екрана је тендерском документацијом дефинисана као 2,4 inch-а, док је величина екрана понуђача 3,5 inch-а.
Према Тендерској документацији је тражена батерија Li-ion батерија 2 сата за пуњење, 24 сата за континуирани рад (опција), AA батерије (за 3 комада) 36 сати за континуирани рад, Меморија тренда Начин праћења Резолуција: 2с Максимално вријеме: 96h. Међутим понуђач у својој понуди наводи да његова понуда подразумијева Li-ion батерија 20h континуирани рад и максимално вријеме од 80h. Такође нису видљиви сви тражени параметри из понуде понуђача, односно нису у складу са траженом тендерском документацијом, те је Комисија понуду наведеног понуђача одбацила као неприхватљиву.
- Приликом прегледа понуде «Ђаковић» д.о.о Бања Лука комисија је утврдила да иста не задовољава услове из Тендерске документације. Величина екрана је Тендерском документацијом дефинисана као 2,4 inch-а, док је величина екрана понуђача 3,5 inch-а. Према Тендерској документацији је тражена батерија Li-ion батерија 2 сата за пуњење, 24 сата за континуирани рад (опција), AA батерије (за 3 комада) 36 сати за континуирани рад, меморија тренда, начин праћења резолуција: 2с, Максимално вријеме: 96h. Међутим, понуда подразумијева Li-ion батерија од 15 сати оперативног рада. Такође, вријеме пуњења батерије је захтијевано да буде 2 сата, док је понудом наведено да је вријеме пуњења до 6,5 сати. Додатно, Тендерском документацијом је захтијевано да распон пулса треба бити 18-300 откуцаја у минути, а понуђач је у својој техничкој спецификацији навео да његов производ задовољава овај критеријум и да производ има распон пулса 18-300 откуцаја у минути. Међутим, у каталогу производа - пулсни оксиметар понуђача, који је саставни дио понуде, јасно је наведено да је распон пулса 30-250 bpm. Даље, распон сатурације је тендерском документацијом дефинисан у распону од 0-100%, док је у каталогу понуђача овај распон 40-100%. Комисија је понуду наведеног понуђача одбацила као неприхватљиву.

Понуда понуђача «Макотрон» д.о.о. Бања Лука је потпуна и технички задовољавајућа, те је Комисија извршила поновно бодовање и утврдила ранг како слиједи:

Понуђач	Јединична цијена без ПДВ-а	критеријум		бодови		Укупно	Ранг
		Цијена	Рок испоруке	Цијена	Рок испоруке		
				99	1		
«Макотрон» д.о.о. Бања Лука	1.409,00	56.360,00	20	99	1	100,00	1

Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву Одлуке.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган овом одлуком прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама или подзаконских аката донесених на основу њега има право изјавити жалбу на ову одлуку. Жалба се изјављује на начин и у форми дефинисаним члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама.

Извршни директор за јавне набавке
Ђорђе Цвијић, дипл. економиста



34 В. Д. ДИРЕКТОРА
Дејан Кустурић, дипл. економиста

